

惠东县人民医院核技术利用扩建项目竣工环境保护验收意见

2022年2月22日，惠东县人民医院组织验收工作组（名单附后），根据《惠东县人民医院核技术利用扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、项目基本情况

本次验收包括1台II类射线装置，位于住院楼地下一层DSA手术室内，详见下表。

名称	厂家	型号	类别	主要参数	使用位置
医用血管造影X射线机	飞利浦	UNIQ FD20	II	125kV/1000mA	DSA手术室

二、环保执行情况

验收射线装置机房满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。辐射工作人员的受照剂量和公众的估算年受照剂量监测结果满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求，落实了核技术应用项目环境影响评价报告表、广东省生态环境厅批复的要求，完善了辐射防护安全管理制度，在防护和管理上执行了国家的相关制度，项目运行良好。

三、验收结论

验收工作组认为医院落实了工程设计、环境影响评价报告表对环境的要求，通过竣工验收。

验收工作组（签字）：

李进
王进
李进

李进
王进

2022年2月22日

